

Dzień dobry,

Zgodnie z rozmową przesyłamy poniżej zapytanie dotyczące specyfikacji technicznej produktów. Czy zamawiający zgodzi się na ewentualne rozbieżności w specyfikacji:

2. Podnośnik kąpielowy - Zakres pracy ramienia 65-155 cm. Proponowany podnośnik posiada - 72,8-174 cm
3. Fotel obrotowo-kąpielowy - Udźwig do 100-150 kg. Proponowany fotel posiada do 100 kg
4. Łóżko rehabilitacyjne - Kąt zgięcia kolana 16 st. Proponowany - 14,8 st., kąt nachylenia podnóżka do 30 st. Proponowany do 20 st.
5. Wózki inwalidzkie - Proponujemy model bez łamanego oparcia, pozostała specyfikacja bez zmian.
6. Chodzik trójkołowy - Proponujemy bez uchwytu na kule
7. Materac p/odleżynowy - Wysokość 11-17 cm. Proponowana wysokość 11 cm.

Z góry dziękujemy za odpowiedź.