

Dotyczy: **zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach środków przyznanych na realizację Projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego. Poddziałanie IX.2.1. usługi społeczne i zdrowotne**

Znak sprawy: **Zapytanie ofertowe nr 1/2018**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania firma ██████████ zwraca się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

Pozycja 2

Podnośnik kąpielowo – transportowy

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu lub prosimy umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o napędzie elektrycznym, z rozkładaną podstawą nóg w zakresie: 610-840 mm, o wysokości 113 mm, o wadze 31 kg, z udźwigiem do 160 kg, z zakresem podnoszenia 580-1590 mm, z dwupunktową rozpórką oraz nosidełkiem z podparciem głowy w zestawie.

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o napędzie elektrycznym, z rozkładaną podstawą nóg w zakresie: 650-1070 mm, o wysokości 113 mm, o wadze 40 kg, z udźwigiem do 180 kg, z zakresem podnoszenia 620-1800 mm, z dwupunktową rozpórką oraz nosidełkiem z podparciem głowy w zestawie.

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o napędzie elektrycznym, z rozkładaną podstawą nóg w zakresie: 550-780 mm, o wysokości 80 mm, o wadze 38 kg, z udźwigiem do 160 kg, z zakresem podnoszenia 580-1610 mm, z dwupunktową rozpórką oraz nosidełkiem z podparciem głowy w zestawie.

Pozycja 7

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy

Prosimy o wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu lub prosimy umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Prosimy o dopuszczenie materaca składającego się z 16 poliuretanowych komór o wysokości 13 cm trwale zespolonych (budowa monolityczna) w celu eliminacji ryzyka kontaktu pacjenta z podłożem, komory napętniające się powietrzem i opróżniane na przemian co druga w stałym cyklu 10 min., skuteczność profilaktyki i leczenia odleżyn do 2 stopnia włącznie według skali 4 stopniowej u pacjentów o wadze do 150 kg, materac o wymiarach 200x85 cm